



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-70/2019.

Tárgy: Fogorvosi rendelőbe fogröntgen
és kiegészítő berendezés vásárlása

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletében a Fogorvosi rendelőbe bruttó 1 600 000.- Ft-ot biztosított új fogröntgen megvásárlásához.

A röntgenkészülék működéséhez szükséges egy digitalizáló berendezést is alkalmazni, melynek segítségével lehet a felvételeket megtekinteni a számítógépen. A digitalizáló berendezés része a szenzor, erre készül a röntgenkészülék által készített kép. A szenzor és a digitalizáló összeköttetésének módja szerint lehet vezeték nélküli vagy vezetékes. A vezetékes változatban a szenzor 2,5 méteres kábellel csatlakozik a digitalizáléhoz; a vezeték nélküli rendszerben nincs helyhez kötöttség, a digitalizáló elhelyezhető a számítógép közelében, könnyebb a beteg körüli mozgás.

Mindkét készülék ára egy képszerkesztő és egy betegnyilvántartó programot is tartalmaz.

A fogorvosi röntgenre, ólomkötényre és a digitalizáló berendezésre az alábbi bruttó összegű árajánlatokat kaptuk.

1. NEW LIFE RADIOLOGY Best-x DC nagyfrekvenciás intraorális röntgen	910 000 Ft
2. Ólomkötény	56 363 Ft
3. APIXIA vezeték nélküli röntgen digitalizáló	1 690 000 Ft
4. New Life Diggins vezetékes röntgen digitalizáló	990 000 Ft

A vezeték nélküli digitalizálóval a röntgen és kiegészítőinek összes költsége bruttó 2 656 363 Ft, a szükséges kiegészítés mértéke 1 056 363 Ft. A vezetékes digitalizálóval az összes költség 1 956 363 Ft, a kiegészítés mértéke 356 363 Ft.

Döntés szükséges arról, hogy vezetékes vagy vezeték nélküli digitalizáló berendezés kerüljön megvásárlásra a fogröntgen készülékkel együtt. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszerzés értéke meg fogja haladni a bruttó 1 Mft-ot, ezért további 2 db árajánlat bekérésére lesz szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kiszombor, 2018. május 23.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester



DENTA-V

6721 Szeged, Madách u. 15.
62/474-556; 542-535
20/583-8278

ÁRAJÁNLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

részére

NEW LIFE RADIOLOGY Best-x DC nagyfrekvenciás intraorális röntgenek,

BEST-X DC nagyfrekvenciás intraorális röntgen.

Toshiba 100 kHz-es fej.
60 és 70 kV-os anódfeszültség
0,020-1msec exponálási idő.
0,5 perces ismétlési idő.
Anód áram: 4 és 6 mA
A röntgenfejre integrált vezérlőegység
előre programozott beállításokat ajánl
fel, amelyeken a fogorvos változtathat.
Digitalizáló gombja segíti és gyorsabbá
teszi az exponálási idők átállítását
digitális
felvételek készítéséhez. Rádiós exponáló
gombja VEZETÉK NÉLKÜLI vezérlést
tesz lehetővé.
Fali és mobil állványos kivitelben
rendelhető



Bruttó ár: 910 000 Ft

Magyar nyelvű kezelési utasítást, valamint a forgalmazáshoz szükséges engedélyeket, természetesen biztosítjuk.
Árainkat 320 Ft/Eur árfolyamon kalkuláltuk.
Szállítási határidő kb. 3 hét

Szeged, 2019. május 7.

DENTA-V BT.
Szeged, Madách u. 15.
Tel./fax: 62/474-556 / Tel.: 62/542-535
Adószám: 11638428-2-26



DENTA-V

6721 Szeged, Madách u. 15.
62/474-556; 542-535
20/583-8278

ÁRAJÁNLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

részére

APIXIA Vezeték nélküli intraorális röntgen digitalizáló:



„MINI” - **Vezeték nélküli** fogászati intraoralis röntgendigitalizáló rendszer.
Legújabb változat, legkisebb méret, villámgyors képbeolvasás, legegyszerűbb használat, kitűnő képminőség, szuper felbontás

Szakmai jellemzők: Vezeték nélküli rendszer, Bármilyen típusú röntgenhez csatlakoztatható, A digitális rendszer 80%-kal csökkentett sugárdózissal terheli a környezetét, Környezetbarát technológia – nincs vegyszer, nincs filmhasználat, mivel számítógépen jelenik meg a röntgenfelvétel és azonnal archiválható. Kicsi, gyors, egyszerű.

Műszaki paraméterek: Méret: mag 19,6 cm x szél 14 cm x mély 213 cm, 3,7 kg,
Tápfeszültség: 240V, 50/60Hz, Pixelméret: super resolution: 30 mikrométer, high resolution: 60 mikrométer,
Felbontás: 17 lp/mm, Beolvasási idő: 5-8 sec, Számítógépes csatlakozás: USB 2 port

Számítógép minimum igény a rendszerhez:

IntelCore i3, 3100 MHz, 1GB RAM, 500 GB winchester, 2 GB video RAM,
WIN 7, WIN8, WIN10, CD – DVD író / olvasó, magyar nyelvű billentyű, egér, 17" LCD monitor

Vagy ennél nagyobb teljesítmény.



DENTA-V

6721 Szeged, Madách u. 15.
62/474-556; 542-535
20/583-8278

Négy flexibilis szenzormérettel szállítjuk:

0-ás = 35x22 mm , 1-es= 40x24 mm , 2-es = 41x31 mm, 3-as= 54x27 mm (opció)

A 2-es szenzor méretből 12 db van a szetben

Kompatibilitás: Windows 7, 8, 8.1, 10

VISTA/XP (32 , 64 bit)

Bruttó ár:

1 690 000 Ft

2./ New Life Digines:



1. New Life direktekt digitalizáló szenzor, 2,5 m-es kábelvel, 32,6 x 20,5 mm-es **aktív** felülettel.
2. Betegnyilvántartó és képszerkesztő programmal.



Bruttó ár:

990 000 Ft

Minkét készülék árában egy képszerkesztő és betegnyilvántartó program is benne van.

Árainkat 320 Ft/Eur árfolyamon kalkuláltuk.
Szállítási határidő raktárról

Szeged, 2019. május 7.

DENTA-V BT.
Szeged, Madách u. 15.
Tel./fax: 62/474-556 / Tel.: 62/542-535
Adószám: 11938428-2-26