



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-86/2012.

Tárgy: A fogorvosi rendelőbe
polimerizációs lámpa vásárlása
Mell: árajánlat

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A fogorvosi alapellátáshoz szükséges fotopolimerizációs lámpa használhatatlanná vált, ezért a fogorvosi rendelőbe ennek pótlása szükséges, mivel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X. 20.) ESZCSM rendelet szerint a fotopolimerizációs lámpa az alapellátás minimumfeltétele, mely a beteg ellátáshoz is nélkülözhetetlen eszköz.

A DENTA-V Bt. (6721 Szeged, Madách u. 15.) árajánlatot adott Carlo Di Giorgi LED D típusú polimerizáció lámpára 58.260,- Ft + Áfa összegben.

A www.gooddrs.com weboldalról letöltésre került Dr'S Light típusú gyorspolimerizációs lámpa paraméterei, melynek akciós ára 119.000,- Ft.

A szakmai feltételeknek mindkét polimerizációs lámpa megfelel, ezért javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az árban kedvezőbb lámpa beszerzésére biztosítson fedezetet.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: A fogorvosi rendelőbe polimerizációs lámpa vásárlása

____/2012.(V. 29.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fogorvosi rendelőbe polimerizációs lámpa vásárlása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 db Carlo Di Giorgi LED D típusú polimerizáció lámpa fogorvosi rendelőbe történő beszerzésére 58.260,- Ft + Áfa összeget biztosít az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részére.

A Képviselő-testület a fenti összeget az önkormányzat 2012. költségvetésében a felhalmozási tartalék (diszkont kincstárjegy értékesítése) keret terhére biztosítja.

A határozatról értesül:

- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

GoodDrs • polimerizációs lámpák, ultrahangos depurátorok

www.gooddrs.com, www.ultrahangpesszer.com



LED D

LED E

LED F

LED D gyorspolimerizációs lámpa – 68 900 Ft helyett **59 900 Ft**

Vezeték nélküli akkumulátoros, 1000 mW/cm², Lineáris mód, Exponenciális mód tömés zsugorodás, pulzáló mód pulpa irritáció ellen

LED E gyorspolimerizációs lámpa – 91 900 Ft helyett **79 000 Ft**

Vezeték nélküli akkumulátoros, 1200 mW/cm², Lineáris mód, Exponenciális mód tömés zsugorodás, pulzáló mód pulpa irritáció ellen

LED F gyorspolimerizációs és fogfehérítő lámpa – 141 000 Ft helyett **123 000 Ft**


Vezeték nélküli akkumulátoros, 1200 mW/cm², lineáris mód, exponenciális mód tömés zsugorodás, pulzáló mód pulpa irritáció ellen + fogfehérítő prizmatikusok

DR'S LIGHT gyorspolimerizációs lámpa

- akár 1200 mW 5 sec alatt
- színes, grafikus LCD kijelző (töltöttség, időhossz)
- vezeték nélküli lithium-ion akkumulátor használat
- a széles hullámhossz minden anyag polimerizálására alkalmazható teszt
- 6 programmód (pl. lineáris, exponenciális, pulzáló)

183 000 Ft helyett

159 000 Ft



DR'S LIGHT AT gyorspolimerizációs lámpa

„Az év polimerizációs lámpája 2012”

- Ultra könnyű, ergonomikus kivitel (130 g)
- Kiemelkedő teljesítmény: max. 2000 mW/cm²
- 4 polimerizációs mód (low, soft, high, pulse)
- Folyadékos kristályos kijelző (mód, idő, akku)
- Moláris fogakhoz kiválasztott, rotációs fejfel
- Közvetlen LED fényforrás fókuszt lencsével
- Akkumulátoros, vezeték nélküli kivitel
- Kedvező ár



Töltésállapot kijelzés (töltés alatt)



Töltésállapot kijelzés (feltöltve)



Digitális kijelző

189 000 Ft helyett
119 000 Ft



DENTA-V

6721 Szeged, Madách u. 15.
Tel./Fax: 62/474-556; 62/542-535
denta-v@vnet.hu
Ügymintázó: Vető Andrásné

**ÁRAJÁNLAT**

Kiszombor Önkormányzat részére

1.) W&H turbina TA 98 C

Ára:

Nettó: 151.303.-

Bruttó: 192.155.-

2.) W&H turbina TA 98 C LED

Ára:

Nettó: 198.374.-

Bruttó: 251.935.-


3.) Carlo Di Giorgi LED D

A legújabb fejlesztésű LED technológiás lámpa. Az új ergonomikus külső egy professzionális készüléket rejt magába. A háromféle polimerizációs mód lehetőséget biztosít a széleskörű felhasználásra. A nagy teljesítményű akkumulátor hosszútávú és biztonságos energiaellátást garantál a kiemelkedő teljesítményű LED számára. Egy feltöltést követően 200 polimerizációs ciklus végezhető el, további töltés nélkül. A fejlesztéseknek köszönhetően a LED fényintenzitása a teljes akkumulátor üzemidő alatt állandó. A telep váratlan lemerülése esetén a kezelés a hálózati kábel csatlakoztatását követően tovább folytatható. A készülék minimális súlya megkönnyíti az orvos munkáját a hosszabb beavatkozások esetén.

Ára:

Nettó: 58.260.-

Bruttó: 73.990.-



Az árajánlatban szereplő árak 2012. június 20.-ig érvényesek.